



Ficha Técnica do Produto

Ref. IC-12-B

Máscara Cirúrgica Tipo IIR Com Elásticos



Informação Técnica:

Modelo do Fabricante: LHKL-B-1

Máscara Cirúrgica Tipo IIR, fabricada em três camadas de tecido não tecido e material filtrante, com tira nasal moldável em aço+PP e dois elásticos de ajuste suaves.

1ª CAMADA	2ª CAMADA	3ª CAMADA
Tecido Não Tecido 25g	Melt-Blown 25g	Tecido Não Tecido 20g

Clipe Nasal: 11 cm

Elásticos de Ajuste: 17,5 cm

Dimensões da Máscara: 17,5 x 9,5 cm

Cor: AZUL

Máscara e elásticos livres de látex, grafeno e fibra de vidro, não causam irritações.

Normas e Uso:

Produto conforme ao Regulamento **UE 2017/745** referente a **produtos de uso médico - Classe I**.

Produto fabricado sob os padrões da Norma **ISO 13485:2003+AC2007**.

A Máscara atende aos requisitos da norma **EN 14683:2019+AC2019**

Ensaio N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratório Acreditado pelo CNAS N°: L0412

Eficiência de Filtração Bacteriana	Respirabilidade/Pressão Diferencial	Limpeza Microbiana/ Carga Biológica	Pressão de Resistência a Respingos
$\geq 98\%$	$< 60\%$	≤ 30 UF/g	≥ 16

Instruções de Uso:

Verifique o estado da máscara e a validade antes do uso.

Não use a máscara por mais de 4 horas

Lave as mãos antes de usar a máscara e toque apenas nos elásticos

Coloque a máscara sobre o nariz/boca e passe os elásticos atrás das orelhas.

Ajuste adequadamente a tira nasal e a área do queixo.

Evite tocar ou manipular a máscara durante o uso.

Informações Logísticas:

Etiquetagem Conforme a Norma 14683:2019+AC:2019 e Produto de Saúde Classe I.

Apresentação:

- Caixa Dispensadora com 50 unidades
- Embalagem Mestre de 2.000 unidades (40 dispensadores)
- Paletes Euro com 30 Caixas

Cod EAN: 9 6974100420423- Fabricado na China

UDI-DI Básico: 6974100423500AT4

Armazenar em local seco, limpo e com temperaturas entre 5° e 35°. Evitar exposição direta à luz solar